

Table S3. Intra group repeatability test results.

	Number of copies/(copies/ μ L)	Ct values			Mean Ct	SD	CV, %
		1	2	3			
α -CoV	1.00 \times 10 ⁹	14.70	14.75	14.63	14.69	0.06	0.41
	1.00 \times 10 ⁸	17.90	17.78	17.83	17.84	0.06	0.33
	1.00 \times 10 ⁷	20.96	20.79	20.98	20.91	0.10	0.49
	1.00 \times 10 ⁶	23.70	23.67	23.59	23.65	0.06	0.26
	1.00 \times 10 ⁵	27.44	27.49	27.21	27.38	0.30	1.09
	1.00 \times 10 ⁴	31.15	30.70	30.72	31.03	0.24	0.78
β -CoV	1.00 \times 10 ⁹	13.15	13.31	13.14	13.2	0.1	0.74
	1.00 \times 10 ⁸	16.99	16.83	16.97	16.93	0.09	0.52
	1.00 \times 10 ⁷	20.53	20.05	20.09	20.22	0.27	1.33
	1.00 \times 10 ⁶	23.03	23.75	23.15	23.31	0.39	1.66
	1.00 \times 10 ⁵	27.11	27.14	27.60	27.28	0.27	1.00
	1.00 \times 10 ⁴	30.59	30.53	30.63	30.58	0.05	0.16